

Allegato B: ELENCO DATALOGGER

Sedi dei Laboratori ISPRA	Marca	Modello	n. di strumenti	n. di sonde esterne	n. di sensori T	n. punti di taratura T per ciascun sensore	n. di sensori RH	n. punti di taratura RH per ciascun sensore	n. punti di taratura TOTALI	Specifica punti di T (°C)	Specifica punti di RH (%)	Requisiti di incertezza di taratura
ROMA (Santa Lucia) CN-LAB	Escort	60D32 ambientale	2	-	2	4	2	5	18	10,20,30,40°C	umidità relativa 30,40,50,60,70% + isoterma 20°C	≤ 0.5° C e ≤ 2.5% RH
	JRI	SPY RFU 1V	2	1	2	3			6	10,20,30°C		≤ 0.5° C
	JRI	SPY RFU 1V	2	1	2	6			12	-20, -10, -5, 0, 5, 10°C		≤ 0.5° C
	JRI	SPY RFU 1V	2	1	2	3			6	-80, -70, -40, -30, °C		≤ 0.5° C
	Rotronic	HL-20D 3	1	-	1	3	1	3	6	10,20,30°C	umidità relativa 40,50,60,% + isoterma 20°C	≤ 0.2° C e ≤ 2% RH
	Escort	2SC1V16D + sonda 3K650	2	1	2	5			10	30, 70, 100, 150, 190°C		≤ 0.5° C
	Deltaohme	-	1	1	1	5			5	10, 30, 70, 100, 150, °C		≤ 0.5° C
	TOTALE		13									
Ozzano dell'Emilia (BO) Laboratorio di genetica BIO-CGE	JRI	SPY RF	6	1	6	5			30	-10, -5, 0, 5, 10°C		≤ 0.5° C
	TOTALE		6									
Livorno (LI) Laboratori CN-COS	EasyLog	Wi-Fi TP	7	1	7	4			28	0, 3,4,6 °C		≤ 0.75° C
	EasyLog	Wi-Fi TP	1	1	1	4			4	-28, -25, -22, -18 °C		≤ 0.75° C
	EasyLog	Wi-Fi T	2	-	2	4			8	0, 10, 16, 20 °C		≤ 0.5° C
	EasyLog	EL-WiFi-ULT	1	1	1	4			4	-70, -73, -76, -80 °C		≤ 2.5° C
	TOTALE		11									
Totale 3 laboratori			30		29		3		137			